Nacatur 2 España, S.L.
C/ Magallanes 19, Poligono Industrial "La Estrella"
30500 – Molina de Segura (Murcia) - España
Telf. +34 968 379 955 Fax: +34 968 372 900
ventas@nactur2.com

CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO DE SEGURIDAD CARESS SAFETY

DESCRIPCIÓN

Catéter intravenoso de poliuretano, radiopaco con sistema de seguridad pasivo irreversible.
Facilidad activación.
Conexión luer lock
Aguja de acero de grado medico siliconada con bisel trifacetado.
Extremo del catéter levemente ajustado y alineado con el bisel de la aguja para una transición suave.
Aletas flexibles plegables que facilitan la sujeción a la piel del paciente.
Camara transparente con filtro hibrofóbico.

PRESENTACIÓN

Envase individual (blíster) esterilizado mediante óxido de etileno (EO) con descripción del producto y marcado CE. Caja dispensadora de 500 unidades (contiene 10 cajas con 50 unidades cada una) con descripción del producto e instrucciones de uso, marcado CE y código de identificación EAN 128.

MEDIDAS:

- DDCA0014/A 1V **14G x45mm**

- DDCA0016/A 1V **16G x45mm**

- DDCA0018/A 1V **18G x32mm/45mm**

- DDCA0020/A 1V **20G x32mm**

- DDCA0022/A 1V **22G x25mm**

- DDCA0024/A 1V **24G x19mm**

INSTRUCCIONES

Abrir el blíster y retirar la cubierta de la aguja.
Sujetar el dispositivo con las aletas plegadas.
Realizar la venopunción.
Observar el retorno de la sangre a la cámara transparente.
Reducir el ángulo de inserción y adelantar ligeramente el conjunto de catéter/aguja.
Mantener inmóvil el conjunto y adelantar el catéter de la aguja en la vena.
Retirar la aguja del catéter. El sistema de seguridad se activará automáticamente.
Desechar inmediatamente el conjunto de aguja protegida en un recipiente resistente a las punciones y fugas.
Conectar cualquier dispositivo accesorio a la conexión del catéter.
No debe dejarse abierta la conexión del catéter ya que podrían producirse fugas de sangre.
Desplegar las aletas, estabilizar el catéter y aplicar una venda estéril.

Elaboración: Depto. de Calidad
Revisión: 10/2016